



Утверждаю:  
Главный врач ЧУЗ  
«РЖД-Медицина» г. Сочи»  
А.А. Пидронова

Техническое задание  
на ремонт медицинского оборудования.

№ п\п	Наименование медицинской техники	Краткое описание неисправности	Виды работ с заменой и ремонтом составных частей
1	Рентгеновский аппарат Вассара 90\20	Неисправны механизмы кассетоприемника, неисправны механизмы коллиматора, нет связи с цифровым приемником изображения, необходима переустановка локальной сети клиент-сервер между оборудованием и рабочими местами лаборанта и врача, требуется комплексное сервисное обслуживание	Чистка системы охлаждения блока управления шаговыми двигателями, восстановление работоспособности датчиков положения кассеты и шторок приемного устройства, калибровка коллиматора, восстановление подвижности механических частей кассетодержателя и приёмника, проведение и наладка локальной сети клиент-сервер между рабочими местами лаборанта и врача, переустановка и настройка программного обеспечения, профилактика и пуско-наладка связи между оборудованием и рабочими местами врача и лаборанта.
2	Флюорограф НИК 4343	Переполнены диски хранения данных, некорректно работает программа, сломан механизм тормоза генератора и цифрового приемника, требуется комплексное сервисное обслуживание.	Восстановление и настройка локальной сети клиент-сервер, архивация и оптимизация базы данных пациентов, переустановка и настройка программного обеспечения, восстановление механизмов тормоза, профилактика и пуско-наладка связи между оборудованием и рабочими местами врача и лаборанта.

Разработал:  
Инженер: Огородников И.А.